Приложение №3 от «__» _____ 2024г.
к Договору безвозмездного пользования № 14/ЖТС/24
от «12» июля 2024г.

Отзыв об апробации оборудования

С «23» 04 2024 года по «14» 08 2024 года специалисты отделения ОАРИТ ГКП на ПХВ ««Костанайская областная детская больница»» УЗ Костанайской области имели возможность поработать на **«Аппарате для терапии оксидом азота АИТ-NO-01 по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017» (Тианокс).**

Аппарат предназначен для производства NO-содержащей газовой смеси из окружающего воздуха и доставки газовой смеси, содержащей оксид азота (NO), в дыхательный контур пациента и мониторинга концентрации NO в дыхательной смеси, подаваемой пациенту.

За период работы с данным аппаратом проведено лечение одного пациентов:

1. Пациент (без указания персональных данных): дев. Вес: 3000гр.
2. Диагноз: ВПР диафрагмы. Ишемия диафрагмальная грыжа слева. Врожденная пневмония. Септический шок тяжелый. ДН 3 степени.
3. Проведенные мероприятия до подключения к аппарату терапии оксидом азота: ____
4. Процедура ингаляции: 20 ppm,
   применение на режиме ИВЛ: SIMV
   Время ингаляции: 3 дня
5. Параллельная терапия: _____
6. Полученный эффект: К-картина с положительным эффектом, снизилась легочная гипертензия, поднялась SpO_2 до 98%
7. Дальнейшая динамика: _____

Вывод об эффективности и безопасности терапии оксидом азота с помощью **«Аппарата для терапии оксидом азота АИТ-NO-01 по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017» (Тианокс):**

1. Аппарат эффективен для лечения легочной гипертензии. Отмечена хорошая переносимость и положительное влияние ингаляционного оксида азота на ребенка.
2. Аппарат достаточно компактен, удобен и безопасен в применении.

Заведующий отделением Хробова А.В. подпись, дата