Приложение №3 от «22» мая 2024г.
к договору Безвозмездного пользования № 11/ЖТС/24г.
от «22» мая 2024г.

Отзыв об апробации оборудования

С «20» 07 2024 года по «22» 07 2024 года специалисты отделения _____ ГКП на ПХВ «КОБ» УЗ Кост. обл. имели возможность поработать на **«Аппарате для терапии оксидом азота АИТ-NO-01 по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017» (Тианокс).**

Аппарат предназначен для производства NO-содержащей газовой смеси из окружающего воздуха и доставки газовой смеси, содержащей оксид азота (NO), в дыхательный контур пациента и мониторинга концентрации NO в дыхательной смеси, подаваемой пациенту.

За период работы с данным аппаратом проведено лечение 2 пациентов:

1. Пациент (без указания персональных данных): ____ Вес: _____
2. Диагноз: Н. Аспирация мекония. ПЛГ
3. Проведенные мероприятия до подключения к аппарату терапии оксидом азота: ____ Высокие и нестаб. параметры ИВЛ, седация
4. Процедура ингаляции: 30-46 ppm,
   применение на режиме ИВЛ: IMV Pip-24, peep-4,5 O_2-100-60%
   Время ингаляции: до 48 ч.
5. Параллельная терапия: инфузионная терапия, седация, антибактериальная.
6. Полученный эффект: 1 ребенок снят с ИВЛ,
7. Дальнейшая динамика: перевод в ОПК

Вывод об эффективности и безопасности терапии оксидом азота с помощью **«Аппарата для терапии оксидом азота АИТ-NO-01 по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017» (Тианокс):**

Высокий результат, уменьшение время ИВЛ.

Заведующий отделением _____ подпись, дата 22.07.24