Отзыв об апробации оборудования

С «26» марта 2024 года по «23» апреля 2024 года специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГКП на ПХВ «Областного перинатального центра №1» УЗ Туркестанской области имели возможность поработать на **«Аппарате для терапии оксидом азота АИТ-NO-01 по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017» (Тианокс).**

Аппарат предназначен для производства NO-содержащей газовой смеси из окружающего воздуха и доставки газовой смеси, содержащей оксид азота (NO), в дыхательный контур пациента и мониторинга концентрации NO в дыхательной смеси, подаваемой пациенту.

За период работы с данным аппаратом проведено лечение 4 пациентов:

1. Пациент (без указания персональных данных). Вес 2700, 3000, 1900, 2400.
2. Диагноз: САМ; ПМГ; ВУП;
3. Проведенные мероприятия до подключения к аппарату терапии оксидом азота: лечения основного заболевания согласно протокола
4. Процедура ингаляции: 20-25ppm, применение на режиме ИВЛ: SIMV; IMV Время ингаляции: от 20мин. до 2 часа
5. Параллельная терапия: Респираторная терапия; лечение основного заболев.
6. Полученный эффект: снижение параметров ИВЛ и потребности O_2
7. Дальнейшая динамика: Положительная динамика по респираторному статусу.

Вывод об эффективности и безопасности терапии оксидом азота с помощью **«Аппарата для терапии оксидом азота АИТ-NO-01 по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017» (Тианокс):**
Благодаря терапии оксидом азота удалось снизить потребность кислорода снизить параметры ИВЛ.

Заведующий отделением подпись, дата